

Zduńska Wola, dnia 23.07.2018 r.

ZP.272.2.12.2018

**Do**  
**wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup karetki specjalistycznej dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o”

**Odpowiedzi na zapytania**  
**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1.**

Pytamy Zamawiającego czy nie doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej i w opisie deski ortopedycznej pediatrycznej powinno być „...oraz wbudowane miejsce na system do unieruchomienia głowy...”, zamiast „...oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy...”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby dostarczona w ramach zamówienia deska ortopedyczna pediatryczna wyposażona była w komplecie w:

- system pediatrycznego unieruchomienia głowy składający się min. z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej oraz dwóch pasków mocujących głowę w osi na wysokości czoła i żuchwy,
- system pasów pajęczynowych.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wszystkie elementy muszą być bezpieczne, trwałe, wykonane z materiału łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji, przepuszczającego promienie X

  
**NACZELNIK**  
**WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
**Sylwester Woźniak**