

ZP.272.2.15.2018

**Aneks nr 1**

**do**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu pn. „Zakup karetki specjalistycznej dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o ” poprzez:

**1. Zmianę zapisu §6 ust. 5 we wzorze umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ poprzez:**

„Zgłoszenie wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną (adres e-mail: .....). Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady lub usterki pisemnie w dniu zgłoszenia (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Następnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest poinformować drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającego o terminie likwidacji zgłoszonej wady lub usterki. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), licząc od daty zgłoszenia wady lub usterki.”

**na zapis o następującej treści:**

„Zgłoszenie wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną (adres e-mail: .....). Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady lub usterki pisemnie w dniu zgłoszenia (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Następnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest poinformować drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającego o terminie likwidacji zgłoszonej wady lub usterki. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych w przypadku drobnych usterek (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), oraz w terminie 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza terenów RP, licząc od daty zgłoszenia wady lub usterki”.

**2. Zmianę zapisu §6 ust. 6 we wzorze umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ poprzez:**

„Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany, na cały pozostały okres naprawy (tj. od 4 dnia od dnia zgłoszenia usterki lub wady do dnia naprawy włącznie).”

**na zapis o następującej treści:**

„Jeśli naprawa nie będzie możliwa do wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany, na cały pozostały okres naprawy (tj. od 1 dnia następującego po terminie wyznaczonym Wykonawcy na poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie Zamawiającego o terminie likwidacji zgłoszonej wady lub usterki”.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA

Marcin Łabędzki

(podpis kierownika Zamawiającego)